

# 计量授权证书附件

序号 No.	授权检定 项目名称 Item of Authorized Verification	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据检定 规程编号 Number of Verification Specification Referred to
1	高绝缘电阻测量仪 (高阻计)	DCR: $1 \times 10^5 \Omega \sim 2 \times 10^{11} \Omega$ DCV: 50 V ~ 5 kV	1.0级及以下	JJG 690
2	接地电阻表	0.001 $\Omega$ ~ 2000 $\Omega$	1级及以下	JJG 366
3	绝缘电阻表(兆欧表)	电阻: 100 $\Omega$ ~ 200G $\Omega$ 电压: 50V ~ 5kV	1级及以下	JJG 622
4	电子式绝缘电阻表	电阻: 100 $\Omega$ ~ 200G $\Omega$ 电压: 50V ~ 5kV	1级及以下	JJG 1005

-----以下空白-----