

计量授权证书附件

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
1	高绝缘电阻测量仪 (高阻计)	DCR: $1 \times 10^5 \Omega \sim 2 \times 10^{11} \Omega$ DCV: 50 V~5 kV	1.0 级及以下	JJG 690
2	接地电阻表	0.001 Ω ~2000 Ω	1 级及以下	JJG 366
3	绝缘电阻表 (兆欧表)	电阻: 100 Ω ~ 200G Ω 电压: 50V~5kV	1 级及以下	JJG 622
4	电子式绝缘电阻表	电阻: 100 Ω ~ 200G Ω 电压: 50V~5kV	1 级及以下	JJG 1005
5	超声波测厚仪	(2~200) mm	MPE: $\pm (0.05 \sim 1.1)$ mm	JJF 1126
6	钳形电流表	DCI: (0.1~1000) A ACI: (0.1~1000) A/ (45~400)Hz	2.0 级及以下	JJF 1075
7	环境试验设备 (干燥箱、培养箱等)	(-60~200) $^{\circ}\text{C}$ (200~300) $^{\circ}\text{C}$	温度偏差: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度波动度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 温度均匀性: 2°C 温度偏差: $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 温度波动度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 温度均匀性: 3°C	JJF 1101

-----以下空白-----